

<15-19>  
2015年10月

先生各位

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび下記検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきますのでご案内申し上げます。

何卒、ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### ■検査内容変更項目：

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ・ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP) | [項目コード：1143] |
| ・抗Jo-1抗体(ELISA)         | [項目コード：1978] |
| ・TARC(Th2ケモカイン)         | [項目コード：1951] |

### ■検査内容変更実施日

2015年 12月 18日(金) 受付分より

以上

※ 変更内容等につきましては、次ページ以降をご覧ください。

■変更内容:


●ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)

現試薬の販売中止に伴い、同等性能の測定試薬に変更し報告範囲を再設定いたします。

なお、基準値に変更はございません。

変更箇所	新	現
報告範囲	5.0 未満、5.0~1990、 2000 以上	5.0 以下、5.1~1290、 1300 以上

<<新法と現法の相関>>




●抗Jo-1抗体

現行試薬の販売中止に伴い、CLEIA試薬に変更させていただきます。

新基準値はメーカー設定値です。

項目名	変更内容	新	現
抗Jo-1 抗体	検査方法	CLEIA	ELISA
	基準値(単位)	10.0 未満(U/mL)	10.0 以下(U/mL)
	報告範囲	1.0 未満、1.0~549、 550 以上	7.0 以下、7.1~499、 500 以上

<<新法と現法の相関>>



## ●TARC(Th2ケモカイン)

現試薬の製造中止に伴い、現試薬より測定レンジの広い測定試薬に変更させていただきます。併せて、検査方法を変更致します。なお、基準値に変更はございません。

変更箇所	新	現
検査方法	CLEIA	ELISA
報告範囲	100未満、 100～999900	125未満、 125～999900

<<新法と現法の相関>>

