

&lt; 19-21 &gt;

2019年10月

先生各位

## 新規受託項目のお知らせ 「風疹IgG(CLEIA)クーポン」

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、風疹抗体IgGにおいて現在受託しておりますEIA法の試薬供給に限りがあり、今後検査受託が出来なくなることが示唆されております。

今回、当該検査の風疹抗体検査(CLEIA法)を新設いたしましたのでご利用いただきたくご案内申し上げます。

謹白

記

### ■新規受託項目:

厚生労働省が実施する「風しんに関する追加的対策」に対応する抗体検査です。

- ・ 風疹IgG (CLEIA)クーポン [項目コード:4054]

### ■新規受託開始日:

2019年 11月 1日(金)受付分より

以上

※ 裏面をご覧ください。

厚生労働省では「風しんに関する追加的対策」として、2019年から2022年3月31日までの約3年間、抗体保有率が低い昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性（約1600万人）を対象として、風疹抗体検査を原則無料で実施し、抗体価が一定の基準以下の方を予防接種の対象とする方針が示されました。

2019年2月1日に改定された「定期接種実施要領」では、本対策の抗体検査で使用可能な検査キットと、風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準が規定されています。

今回、当該クーポン検査の風疹抗体検査（CLEIA法）を新設いたしましたのでご利用ください。

## ■定期接種の対象となる風しん抗体価：

項目コード	測定キット名(製造販売元)	検査方法	抗体価(単位等)
4046	ランピアラテックスRUBELLA (極東製薬工業株式会社)	ラテックス免疫比濁法 (LTI)	15 未満(IU/mL)
4047	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社)	酵素免疫法 (EIA)	6.0 未満(EIA価)
4054	アクセス ルベラIgG* (ベックマン・コールター株式会社)	化学発色酵素免疫法 (CLEIA)	20 未満(IU/mL)

\*11月1日から受託を開始する風疹IgG:CLEIAで使用する試薬です。

(厚生労働省\_定期接種実施要領より引用)

## ■検査概要：

項目コード	4054
検査項目名	風疹IgG(CLEIA)クーポン
検体量	血清 0.5 mL
保存方法	冷蔵
検査方法	CLEIA法
基準値 (クーポンワクチン接種基準)	IgG判定 : ( - ) 濃度 : 20 未満
単位	IU/mL
報告範囲	10 未満 ~ 450 以上
報告桁数	整数、有効3桁
報告日数	3 ~ 5 日
測定キット名 (製造販売元)	アクセス ルベラ IgG (ベックマン・コールター株式会社)
備考	厚生労働省による「風しんに関する追加対策」に対応する抗体検査です。 ワクチン接種の要否を判断する目的の検査です。 現在感染しているか判断する検査としては使用できません。

### <ご案内>

- ・項目コードが新規登録となるため、電子カルテ・健診システム等をご利用の際は、お使いのメーカーのサポート窓口へ項目紐付けの依頼をご連絡ください。