

## 至急のご案内

&lt; 20-20 &gt;

2020年10月

先生各位

## 採取容器供給遅延に伴う検査方法変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび下記の検査項目におきまして、急遽試薬メーカーより検体採取容器の製造供給体制が遅延し、在庫切れになった旨の連絡がございました。弊社といたしましてはやむを得ず、代替え検査にて検査を継続させていただきたくご案内申し上げます。

先生方には、ご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察いただき何卒、御高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

## ■対象検査項目:

項目コード	検査項目名	検査方法
268	クラミジア・トラコマチス核酸増幅同定 <ぬぐい液>	SDA法
269	クラミジア・トラコマチス核酸増幅同定 <尿>	
288	淋菌核酸増幅同定 <ぬぐい液>	
289	淋菌核酸増幅同定 <尿>	
270	淋菌/クラミジア・トラコマチス核酸増幅同定 <ぬぐい液>	
298	淋菌/クラミジア・トラコマチス核酸増幅同定 <尿>	

## ■変更実施日 : お手元の採取容器がなくなり次第順次

※・先生方のお手元に、現行の SDA 法の採取容器がございましたら、SDA 法での検査受託は可能です。

・検査受託再開につきましては、メーカーからの供給再開の時期が判明でき次第、ご案内させていただきます。

以上

※裏面もご覧ください

■代替検査項目:

項目コード	検査項目名	検査方法
297	クラミジア・トラコマチス核酸増幅同定 <ぬぐい液>	TaqManPCR 法
296	クラミジア・トラコマチス核酸増幅同定 <尿>	
291	淋菌核酸増幅同定 <ぬぐい液>	
290	淋菌核酸増幅同定 <尿>	
4069	淋菌/クラミジア・トラコマチス核酸増幅同定 <ぬぐい液>	
4070	淋菌/クラミジア・トラコマチス核酸増幅同定 <尿>	

●検査概要:

検査方法: リアルタイム PCR 法

結果報告値: 陽性 または 検出せず

※実施料、判断料は現行検査項目と同様です

●採取容器:

クラミジア・淋菌(TaqManPCR)用<ぬぐい液>



クラミジア・淋菌(TaqManPCR)用<尿>

